



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Gdańsku**
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6
NIP 583-25-80-921 REGON 190306013
Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58 302 17 82

Znak sprawy 51/2017/PN

Gdańsk, 5 grudnia 2017 r.

L. Dz. DZP 2375/199/2017

**Do wszystkich wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego jedn. uż. na blok operacyjny.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców:

Dot. treści SIWZ:

1. Zadanie nr 3, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji zaoferowanie zestawu, w którym odporność materiału podstawowego na wypychanie na sucho i mokro wynosi 150 kPa, o następującym składzie:

serweta dwuwarstwowa z przylepcem szer.2,5 cm	1	L2	210x150
serweta dwuwarstwowa z przylepcem szer.2,5 cm	1	L2	180x150
serweta dwuwarstwowa z przylepcem szer.2,5 cm	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta dwuwarstwowa wzmocniona na stół instrum.	1		190x150
serweta dwuwarstwowa wzmocniona na stolik Mayo, złożona teleskopowo, wykonana z nieprzeźiernej folii zapobiegającej ślizganiu. Warstwa wzmocniona zgrzana z materiałem bazowym na całej powierzchni (nie punktowo)	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

2. Zadanie nr 3, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji zaoferowanie zestawu podstawowego jednorazowego o gramaturze 43 g/m², w którym odporność materiału podstawowego na wypychanie na mokro wynosi 130 kPa, na sucho 218 kPa, o następującym składzie:

serweta z przylepcem	2	TF	180x150
serweta z przylepcem	2	TF	90x75
serweta (owinięcie)	1	TF	150x90

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

3. Zadanie nr 4, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego: odporność na wypychanie na sucho 108 kPa i na mokro 100 kPa, o następującym składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	L3	320x240	OKRĄG	6,5
pokrowiec na kończynę górną pacjenta	1	L3	75x37		
serweta pod kończynę z przylepcem	1	L3	90x75		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20		

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

4. Zadanie nr 4, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii, gdzie odporność na wypychanie na sucho i na mokro wynosi 150 kPa, o następującym składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	L3	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	L2	75x37		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		
serwetki do rąk	2	włók. Kom.	40x20		

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

5. Zadanie 5: Czy zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS, SMMS i SMMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

6. Zadanie 5, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny SMS min. 35g/m^2 , rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej wykończenie lamówką z materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep – pętelki 13cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Złożenie typu book-folded. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Na opakowaniu typu blister naklejona etykieta główna 4 metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami m.in. indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-XXL. Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N w kierunku wzdłużnym i min. 35N w kierunku poprzecznym; pylenie 1,22 log10; odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 120 CFU – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Fartuch pakowany z dwoma rękawami w rozmiarze min. 40x20cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

7. Zadanie 5, poz. 2: Niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35g/m^2 , rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej wykończenie lamówką z materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep – pętelki 13cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Wzmocniony laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m^2 umieszczonym w części przedniej do końca dolnej krawędzi fartucha. Złożenie typu book-folded. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Na opakowaniu typu blister naklejona etykieta główna z 4 metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami m.in. indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-XXL. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H_2O . Fartuch z serwetkami w rozm. ok. 20 x 40 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

8. Zadanie 7: Czy Zamawiający dopuści serwety jałowe chirurgiczne o odporności na rozerwanie 150 kPa?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

9. Zadanie 7 poz. 1 b): Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną samoprzylepną w rozm: 180 cm x 150 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

10. Zadanie 7 poz. 1 c): Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną samoprzylepną w rozm: 240 cm x 180 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

11. Zadanie 7 poz. 1 c): Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną bez przylepca w rozm: 240 cm x 150 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

12. Zadanie 7 poz. 2a-c): Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odp. Zamawiający wydziela pozycje 2a-c z zadania 7 do zadania nr 7a.

13. Zadanie 7 poz. 2a-c): Czy Zamawiający dopuści kieszeń o gramaturze 56 g/m²?

Odp. Tak.

14. Zadanie 7 poz. 2a-b: Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozm. 40 x 30 cm?

Odp. Tak.

15. Zadanie 7 poz. 2c: Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozm. 42 x 35 cm?

Odp. Tak.

16. Zadanie 7 poz. 3a: Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną rozm. 45 cm x 75 cm z otworem przylepnym regulowanym rozm. 7,5 cm x 10 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

17. Zadanie 7 poz. 3c: Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową chirurgiczną rozm 150 cm x 180 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

18. Zadanie 7 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik Mayo o gramaturze 74 g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

19. Zadanie 7 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie konkurentów?

Odp. Zamawiający nie wydziela poz. 6 z zadania nr 7.

20. Zadanie 8: Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza pakowane razem, wykonane z miękkiej nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m², koszula z krótkim rękawem, dekolot w kształcie litery V wykończony lamówką, spodnie wiązane w pasie na troki, nogawki proste; wyraźne oznaczenie rozmiaru bez potrzeby wyciągania kompletu z opakowania, kolor niebieski?

Odp. Tak.

21. Zadanie 8: Czy Zamawiający oczekuje odzieży zarejestrowanej jako wyrób medyczny?

Odp. Tak.

Dot. umowy:

22. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.

23. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Nie.

24. Czy Zamawiający może określić w % jaką minimalną ilość asortymentu na pewno zamówi?

Odp. Nie.

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 ust. 1 słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp. Nie.

26. Pakiet 3, poz. 1 oraz poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestaw jednorazowy - serwetki niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy – 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa / na mokro 170 kPa.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145 cm
- 1 górna samoprzylepna serwetka o minimalnych wymiarach 150 x 240 cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170 x 175 cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 x 50 cm
- 4 ręczniki 30 x 40 cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190 cm.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

27. Pakiet 3, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu jednorazowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnionych włókniną Spunlace o gramaturze 70 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa / na mokro 170 kPa.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80 x 145 cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150 x 240 cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 200 x 175 cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 x 50 cm
- 4 ręczniki 30 x 40 cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190 cm.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

28. Pakiet 3, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości potwierdzenia normy PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz PN-EN 868-5:2009 za pomocą oświadczenia producenta.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzenia normy PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz PN-EN 868-5:2009 za pomocą oświadczenia producenta.

29. Pakiet 3, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy EN-PN 868-7:2017-03.

Odp. Zamawiający nie odstępuje do wymogu normy EN-PN 868-7:2017-03.

30. Pakiet 4, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu chirurgicznego do artroskopii stawu barkowego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80 x 145 cm
- 1 serweta główna wzmocniona o min. wym. 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona (ekran anestezjologiczny) o wymiarach min. 150 x 240 cm
- 1 serweta pod kończynę o min. wym. 150 x 150 cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9 x 50 cm
- 2 ręczniki 30 x 40 cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190 cm.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

31. Pakiet 4, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu chirurgicznego do artroskopii wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80 x 145 cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm,
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę $\varnothing 7$ i $\varnothing 5$ cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

32. Pakiet 4, poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu chirurgicznego do artroskopii stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastyczne otwory, torba do zbiórki płynów z zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm
- 1 dren

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Pakowany w kopertę papierowo-foliową. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Zestawy do transportu opakowane w karton zbiorczy, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

33. Pakiet 5, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny przepuszczającej powietrze SMMMS o gramaturze min. 35g/m² z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Poszczególne elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone ze sobą poprzez zgrzewanie ultradźwiękami. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu na wysokości szyi, zapinanie na rzep nie mniejsze niż 2 x 10 cm, mankiet o długości 8 cm, wykonany z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha: M – XXXL. Długość fartucha: M- 120cm, L- 130cm, XL- 140cm, XXL- 150cm, XXXL- 160cm.

Fartuch z dodatkowym jałowym owinięciem wewnętrznym i dwoma ręcznikami o wymiarach 30 x 40 cm. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr kat., LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Odporność na przenikanie cieczy min. 49,5 cm H₂O (część przednia strefa krytyczna) oraz min. 49,5 cm H₂O (rękawy strefa krytyczna). Odporność na wypychanie na sucho/mokro 140/130 kPa. Odporność na rozciąganie na sucho/mokro 95/90N.

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt.

34. Pakiet 5, poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: Fartuch chirurgiczny, sterylny, jednorazowy ze wzmocnieniami na przodzie i rękawach - pełnobarierowy, wykonany z włókniny polipropylenowej typ SMMMS zgodny z EN 13795 1-3, gramatura 35g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wzmocniony z przodu i w rękawach jako dodatkowa ochrona przeciwko przenikaniu płynów, włóknina/folia-laminat (PP/PE) o gramaturze 40 g/m². Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowując pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwyy wykonane techniką ultradźwiękową na całości fartucha. Zapięcie na rzep nie mniejsze niż 2 x 10 cm, umożliwiając indywidualne dopasowanie fartucha do rozmiaru ciała. Fartuch pod szyją obszyty białą lamówką. Identyfikacja rodzaju fartucha na etykiecie. Zawierający min. 2 ręczniki wiskozowe, opakowanie zawiera min. 2 etykiety identyfikacyjne.
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt.
35. Pakiet 7, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety o odporności na przenikanie cieczy min. 200 H₂O, odporności na rozerwanie min. 180 kPa / na mokro 170 kPa, pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt.
36. Pakiet 7, poz. 1b. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x200cm
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.
37. Pakiet 7, poz. 2a, 2b. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni 1-sekcyjnej w rozmiarze 30x40cm o grubości folii 0,08mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt.
38. Pakiet 7, poz. 2c. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni 2-sekcyjnej w rozmiarze 30x40cm o grubości folii 0,08mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt.
39. Pakiet 7, poz. 3a. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 50x60 z otworem o średnicy 7cm lub w rozmiarze 75x75cm z otworem 6x8cm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.
40. Pakiet 7, poz. 3c. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x180cm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.
41. Pakiet 7, poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia na stolik Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny, o wymiarach 80x145cm, o gramaturze włókniny 40 g/m² oraz grubości folii 0,065mm, obłożenie dobrze przylega do stolika, nie zsuwa się, składane teleskopowo.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.
42. Pakiet 7, poz. 5, 6. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 5 i 6 z pakietu 7, umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment.
Odp. Zamawiający nie wydziela poz. 5 i 6 z zadania nr 7.
43. Pakiet 8, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompletu chirurgicznego, niesterylnego posiadającego bluzę z wycięciem V obszytą lamówką.
Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt.
44. Zadanie nr 3 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego, pediatrycznego z serwetami operacyjnymi o odporności na przenikanie cieczy min. 125 cmH₂O i następującym składzie :
1 serweta na stolik instrumentariuszki, 150 cm x 190 cm, wzmocniona (owinięcie zestawu)
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocniona, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację
1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

Zestaw w opakowaniu papier- folia, do transportu zestawu pakowane podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt.

45. Zadanie nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, aby serweta na stolik narzędziowy posiadała wymiary minimalne 150 x 190 cm?

Odp. Nie.

46. Zadanie nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu podstawowego z serwetami operacyjnymi o odporności na przenikanie cieczy min. 125 cm H₂O i składzie poszerzonym o serwetę na stolik Mayo 80 x 145 cm, serwetę samoprzylepną 150 x 240 cm i 2 ręczniki do osuszania rąk o wym. 30 x 40 cm, zestaw w opakowaniu papier- folia, do transportu zestawu pakowane podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. produkt.

47. Zadanie nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii barku z serwetami operacyjnymi o odporności na przenikanie cieczy min. 125 cm H₂O?

Odp. Tak.

48. Zadanie nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii barku w opakowaniu papier-folia, do transportu zestawu pakowane podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odp. Tak.

49. Zadanie nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta na stolik Mayo w zestawie do artroskopii barku miała wzmocnienie 75 x 90 cm i była złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację?

Odp. Tak.

50. Zadanie nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana z laminatu o gramaturze 57,5 g/m² na całej powierzchni i odporności na penetrację płynów min. 125 cm H₂O i składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 osłona ortopedyczna na kończyne 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep?

Odp. Tak.

51. Zadanie nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana w opakowaniu papier-folia, do transportu zestawu pakowane podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odp. Tak.

52. Zadanie nr 5 poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², odporności na przenikanie cieczy 41 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 160 kPa i mokro 142 kPa, dostępnego w rozmiarach S/M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 150 cm, XXL- 170 cm lub XXL- 150 cm large? Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

53. Zadanie nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wzmocnionego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², gramaturze wzmocnień w części przedniej fartucha 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m², posiadającego zapięcie przy szyi w postaci rzepu i lamówkę wokół wycięcia przy szyi w kolorze białym?

Odp. Tak.

54. Zadanie nr 8 poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego z wycięciem pod szyją w kształcie litery V? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

55. Zadanie nr 9 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o powierzchni całkowitej 12 x 22 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

56. Zadanie nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o powierzchni całkowitej 15 x 27 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Odp. Tak.

57. Zadanie nr 3, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.



150x240cm
1szt./pc.



180x180cm
1szt./pc.



75x75cm
2szt./pcs



30,5x34cm
4szt./pcs



10x50cm
1szt./pc.



80x145cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

Odporność na przenikanie cieczy powyżej 188 cm H₂O

Odporność na rozrywanie na sucho >108 kPa


Odporność na rozrywanie na mokro >95 kPa

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zbiorczo zestawy zapakowane w worek foliowy a następnie w karton transportowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

58. Zadanie nr 3, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu:

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.



Odporność na przenikanie cieczy powyżej 188 cm H₂O

Odporność na rozrywanie na sucho >108 kPa

Odporność na rozrywanie na mokro >95 kPa

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zbiorczo zestawy zapakowane w worek foliowy a następnie w karton transportowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

59. Zadanie nr 5, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS 35g/m², zapinany na rzep (lewa strona 3cmx13cm, prawa strona 3cmx7cm), oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu i kolorowej lamówki – kodowanie kolorystyczne, dostępny w rozmiarach M-XXL, pakowany z dwoma ściereczkami w rozmiarze 30x30cm, odporność na przenikanie cieczy 35cmH₂O na całej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 150/148 kPa w strefie krytycznej, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

60. Zadanie nr 5, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS 35g/m², zapinany na rzep (lewa strona 3cmx13cm, prawa strona 3cmx7cm), oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu (wraz z informacją o rodzaju fartucha) i kolorowej lamówki – kodowanie kolorystyczne, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

61. Zadanie nr 6, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej, wykonany z włókniny Spunlace 45g/m² (otok) i włókniny polipropylenowej 25g/m² (denko)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

62. Zadanie nr 6, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca w rozmiarze 210x110cm, o budowie 3-warstwowej:

- Warstwa zewnętrzna - z dwóch stron włóknina typu „Spunbond”, 22/m²,
- Warstwa wewnętrzna - poliester 60 g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

63. Zadanie nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego z wycięciem V pod szyją, wykonanego z włókniny SMS 35g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.

64. Zadanie nr 3. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu podstawowego jednorazowego, w którym odporność laminatu na rozerwanie wynosi 172 kPa na sucho, 177 kPa na mokro. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp. Tak.

65. Zadanie nr 4. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii stawu barkowego, w którym:

- wzmocnienie w serwecie na stolik Mayo ma rozmiar 60 x 145cm.
- serweta do artroskopii stawu barkowego ma rozmiar 400 x 225 cm, z otworem neoprenowym o wymiarze 7 x 10cm, z 2 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep.
- zestaw posiada w swoim składzie dodatkowo serwetę samoprzylepną 75 x 90cm, uchwyt Velcro 2 x 23 cm i 4 ręczniki celulozowe
- odporność laminatu na rozerwanie wynosi 172 kPa na sucho, 177 kPa na mokro

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp. Tak.

66. Zadanie nr 4. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii z workiem, w którym:

- serweta na stolik narzędziowy i stolik Mayo w części wzmocnionej mają gramaturę 90g/m²
- odporność na penetrację płynów w części niewzmocnionej stolika Mayo wynosi powyżej 100cm słupa wody, części wzmocnionej stolika Mayo powyżej 150cm słupa wody. Odporność na penetrację płynów w części niewzmocnionej i wzmocnionej stolika narzędziowego powyżej 150cm słupa wody.
- odporność na rozerwanie w części wzmocnionej stolika Mayo powyżej 170 kPa
- odporność na rozerwanie serwet niewzmocnionych na sucho/mokro 172/177 kPa.
- zestaw posiada w swoim składzie dodatkowo 4 ręczniki celulozowe

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp. Tak.

67. Zadanie nr 5. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych jałowych niewzmocnionych wykonanych z włókniny SMS w rozmiarze M.L.XL.XXL,

- zapięcie na taśmę samoprzylepną przylegającą do tkaniny fartucha w dowolnym punkcie jego tylnej części, umożliwiając indywidualne dopasowanie fartucha do rozmiaru ciała na wysokości barków,
- indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku.
- odporność na przenikanie cieczy 40,0 H₂O na całej powierzchni fartucha, odporność na wypychanie na sucho/mokro 139/138 kPa.

Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Odp. Tak.

68. Zadanie nr 5. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych sterylnych ze wzmocnieniem, wykonanych z włókniny SMS w rozmiarze M.L.XL.XXL, o gramaturze w części wzmocnionej 42g/m², pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Odp. Tak.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 12 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ.

Z poważaniem

Zca Dyrektora
ds. administracyjno-ekonomicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Gdańsku
Mariusz Pikuła