



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Gdańsku
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6
NIP 583-25-80-921 REGON 190306013
Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58 302 17 82**

Znak sprawy 28/2018/PN

Gdańsk, 14 maja 2018 r.

L. Dz. DZP 2375/86/2018

***Do wszystkich wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia***

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców:

Dotyczy: Zadanie nr 1.1 Łóżko medyczne

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 900mm?
Odp. Tak.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 0-34°?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/-15° w ob. Kierunkach?
Odp. Tak.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym czas zmiany pozycji z minimalnej do maksymalnej wynosi 36 sekund?
Odp. Tak.
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym nie wyposażonym w sygnalizację dźwiękową każdorazowego użycia (rozwiązanie wprowadzające niepotrzebny hałas na sali łóżkowej) a wskaźnik naładowania akumulatora znajduje się na panelu centralnym?
Odp. Tak.
7. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby pilot przewodowy posiadał przyciski podświetlane, umożliwiające pacjentowi sprawną obsługę łóżka również nocą oraz wbudowaną latarkę, dzięki której pacjent może oświetlić np. wewnątrz szafki czy okolice łóżka?
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ww. rozwiązania.
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją egzaminacyjną uzyskiwaną po naciśnięciu dwóch przycisków?
Odp. Tak.
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją optyczną rozładowanego akumulatora?
Odp. Tak.
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużenia leża o 150mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bez krążków odbojowych? Jest to rozwiązanie zbędne.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

12. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby opisany jeden przycisk zwalniający blokadę opuszczenia barierki, umieszczony był na ergonomicznej wysokości dla personelu tj. w górnej poprzeczce barierki?
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ww. rozwiązania.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytyami materaca?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w kątomierze, umieszczone przy segmencie pleców?
Odp. Tak.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze biały RAL 9002?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

17. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko było wyposażone w system wyłączający regulacje elektryczną w przypadku przekroczonego obciążenia? Rozwiązanie zabezpiecza przed uszkodzeniem łóżka w wyniku zbyt dużego obciążenia łóżka lub poszczególnych siłowników.
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ww. rozwiązania.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania poduszkę o wymiarach 74x50 cm? Oferowane rozwiązanie w równym stopniu zapewnia komfort pacjenta.
Odp. Tak, pozostałe parametry poduszki zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Zadanie nr 1.2 Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

19. Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę z metalową, lakierowaną półką na obuwie, umieszczoną pod korpusem szafki?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

21. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym chowanym w bocznej ścianie?
Odp. Tak.

22. Czy Zamawiający dopuści szafkę z funkcją zmiany stron umieszczenia blatu nie wymagającej naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku, dzięki czemu obsługa szafki jest szybka i wygodna?
Odp. Tak.

23. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: wysokość 930mm, szerokość 510mm, głębokość 485mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

24. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat główny oraz boczny wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

25. Czy Zamawiający dopuści szafkę, która nie posiada przy blacie haczyka na ręcznik oraz uchwytu na szklankę? Posiadana przez nas szafka wyposażona jest w listwy tworzywowe na każdej krawędzi blatu oraz dwa relingi, obydwa rozwiązania zabezpieczają przedmioty przed zsuwaniem się z blatu głównego.
Odp. Tak.

26. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której fronty szuflad wykonane są z wytrzymałych odlewów tworzywowych w kolorze białym oraz uchwytyami stalowymi, lakierowanymi w szarym kolorze?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

27. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

28. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w półkę na prasę z dostępem z dwóch stron?

Odp. Tak.

29. Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

30. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 75mm?

Odp. Tak.

31. Czy Zamawiający dopuści szafkę z ramą w kolorze bieli szpitalnej, dopasowaną do kolorystyki łóżka?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

ZADANIE 1.1. Łóżko medyczne - 20 szt.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 120 mm?

Odp. Tak.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające wymiar leża 2000 x 850 mm?

Odp. Tak.

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców 0- 74 bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot nie posiadający funkcji sygnalizacji dźwiękowej?

Odp. Tak.

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?

Odp. Tak.

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka nie posiadający optycznego wskaźnika naładowania akumulatora?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające leże wypełnione płytami HPL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające wypełnienie leża mocowane na stałe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające leże wypełnione płytami z tworzywa ABS?

Odp. Tak.

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o przekroju 25 mm, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp. Tak.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo prostokątnych o wysokości 30 mm i grubości 20 mm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp. Tak.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w bariery boczne nie posiadające krążków odbojowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaców, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w koła o średnicy 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z dopuszczalnym obciążeniem do 230 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez materaca przedłużenia leża?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego łóżka materaca głównego natomiast materaca przedłużenia leża tylko do 5 łóżek. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1. Załącznik nr 1.1, pkt. 27 specyfikacji otrzymuje następującą treść:

27.	Elementy wyposażenia łóżek: – materac z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. – materac przedłużenia leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. (tylko 5 szt.) – poduszka o wymiarach min 70 x 80cm, brzeg poduszki gładki, bez szwów, zamków. Poduszka nie wymagająca prania, łatwa w myciu/dezynfekcji przy użyciu preparatów myjących/dezynfekujących stosowanych do dezynfekcji powierzchni, bezpieczna pod względem epidemiologicznym, wodoodporna struktura zapewniająca barierę ochronną na działanie płynów i drobnoustrojów, wydzielin, maści, kurzu, roztoczy, włączając w to szczepy wielolekooporne tj. MRSA, C. difficile, CPE. – wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo – wieszak kroplówki lakierowany proszkowo – uchwyt uniwersalny urologiczny
-----	---

48. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie iż pod zapisem „uchwyt uniwersalny urologiczny miał na myśli uchwyt na woreczki urologiczne?

Odp. Tak.

49. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

ZADANIE1.2. Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym - 20 szt.

50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z konstrukcji składającej się z dwóch szuflad oraz otwartą półkę na obuwie?

Odp. Tak.

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony za pomocą dwóch pokręteł obsługiwanych ręcznie umieszczonych przy podstawie szafki (bez użycia narzędzi)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 870 mm?
Odp. Tak.
53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladę metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z dostępem do półki od frontu szafki?
Odp. Tak.
54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki?
Odp. Tak.
55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą tworzywowego uchwytu na szklankę?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.
56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflad wykonane z tworzywa HPL?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.
57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z uchwytami szuflad ze stali chromowanej?
Odp. Tak.
58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą układ jezdny z kołami o średnicy 50 mm?
Odp. Tak.

Zadanie nr 1.1

59. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych płaskowników lakierowanych proszkowo, z wypełnianiem z płyty tworzywowej typu hpl, dostępnej w szerokiej gamie kolorów?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.
60. Czy Zamawiający dopuści powiadomienie/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych co jest dokumentem równorzędnym z wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych?
Odp. Tak.
61. Czy Zamawiający dopuści łóżko z certyfikatem ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją certyfikatu 13485:2003?
Odp. Tak.
62. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością tylko przedłużenia leża o 28 cm?
Odp. Tak.
63. Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE, zamiast certyfikatu? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.
Odp. Tak.
64. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odp. Tak.
65. Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°?
Odp. Tak.
66. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odp. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ.

Zadanie nr 1.2

67. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej hpl?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

68. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytyami do otwierania szuflad stalowymi, lakierowanymi proszkowo?

Odp. Tak.

69. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami (bez szuflady na obuwie) poruszającymi się na lekko bieżnych prowadnicach rolkowych, bez mechanizmu „dociągającego”?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

70. Czy Zamawiający dopuści łóżko z certyfikatem ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją certyfikatu 13485:2003?

Odp. Tak.

71. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 47 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do SIWZ.

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Gdańsku
Lek. med. Grzegorz Sut