



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp"

pn.

**„Dostawa sprzętu medycznego do
Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
REGON: 190306013
NIP: 5832580921
Miejscowość Gdańsk
Adres: ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk
Strona internetowa: <http://zozmswia.gda.pl>
Godziny urzędowania: 7³⁰ - 15⁰⁰

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk

znak postępowania: **28/2018/PN**

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Gdańsku
Lek. med. Grzegorz Sut

Gdańsk, 13 kwietnia 2018 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu	3
Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia	3
Rozdział 3.	Oferty częściowe	3
Rozdział 4.	Oferty wariantowe	3
Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia	3
Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach	3
Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie	3
Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	4
Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	4
Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	4
Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu	6
Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium	8
Rozdział 13.	Termin związania ofertą	8
Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami	8
Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert	9
Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	11
Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny	11
Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	11
Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	12
Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	12
Rozdział 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego	12
Rozdział 22.	Inne informacje	12
Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	12
Załącznik Nr 1 do SIWZ	PARAMETRY TECHNICZNE	13
Załącznik Nr 2 do SIWZ	JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA	25
Załącznik Nr 3 do SIWZ	OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ	26
Załącznik Nr 4 do SIWZ	FORMULARZ „OFERTA”	27
Załącznik Nr 5 do SIWZ	PROJEKT UMOWY	29



Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 - Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
 - strona internetowa Zamawiającego – <http://zozmswia.gda.pl>
 - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego.
Zadanie nr 1 – Łóżka medyczne z szafkami przyłóżkowymi;
Zadanie nr 2 – Centrale monitorujące z kardiomonitorem.
Kody CPV: 33192120-9, 33195000-3, 33195100-4.

Rozdział 3. Oferty częściowe

1. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania i dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje oferowane w ramach zadania pochodziły od tego samego producenta.

Rozdział 4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

1. Dostawa wybranego sprzętu w terminie od 01.10.2018 r. do 19.10.2018 r. Dokładna data dostawy po ustaleniu z Zamawiającym.
2. Wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do:
 - 1) dostawy fabrycznie nowego, nieużywanego, nie powystawowego, nie rekondycjonowanego sprzętu wraz z akcesoriami do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 4/6, 80-104 Gdańsk;
 - 2) dokonania instalacji ww. urządzeń i przekazania ich do eksploatacji;
 - 3) przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji zainstalowanego sprzętu;
 - 4) posiadania na terenie Polski autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego lub wskazania takiego serwisu;
 - 5) dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim, dokumentacji technicznej udostępnianej przez producenta oraz dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 - 1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 - 2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 - 3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie



zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

- 4) Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną, musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 5) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów.
- 6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu:
Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 - b) zdolności technicznej i zawodowej - warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży **(dla każdego z zadań)**:
 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, min. trzech (3) dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie **(formularz własny Wykonawcy)**
 - wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. 10 ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
 - 1) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:



- a) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - b) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową,
 - c) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - d) w miejscu „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
- 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
 - 3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp.
6. Zamawiający wykluczy:
- 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 t.j. z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017.1463 t.j. z późn. zm.),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769 z późn. zm.);
 - 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp.
 - 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;



- 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2018.703 t.j. z późn. zm.);
- 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1	Wypełniony formularz „Oferta”	załącznik nr 4 do SIWZ
2	Wypełniony załącznik „parametry techniczne” (odpowiednio do zakresu złożonej oferty)	załącznik nr 1 do SIWZ
3	W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oraz wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia	załącznik nr 2 do SIWZ
4	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumentie Zamówienia	załącznik nr 2 do SIWZ
5	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumentie Zamówienia	załącznik nr 2 do SIWZ
6	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumentie Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	załącznik nr 2 do SIWZ
7	Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp., potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym (z danymi wytwórcy) oraz opisem przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego	
8	Pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik	

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Niżej wymienionych dokumentów nie należy załączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.

1	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, min. trzech (3) dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie	formularz własny Wykonawcy
2	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z Wykonawców. Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia – przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu	
3	Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu	
4	Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu	
5	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert	
6	Dokument potwierdzający oznaczenie wyrobu znakiem CE oraz stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zaoferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z późn. zm.)	
6	Certyfikat ISO 9001: 2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami (zadanie nr 1)	
7	Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych (zadanie nr 1)	
8	Dokument potwierdzający autoryzację serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (Nie jest wymagany w przypadku gdy Wykonawca jest producentem sprzętu)	

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3.
4. W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą.



Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie:
 - 1) Zadanie nr 1: 4 830,00 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści zł);
 - 2) Zadanie nr 2: 4 920,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia zł).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 11 1130 1121 0006 5498 2420 0003 z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy 28/2018/PN.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza jest wniesione w terminie, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty oryginału lub kopii polecenia przelewu – nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.
5. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium określają przepisy art. 46 ustawy Pzp.

Rozdział 13. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie, faksem lub e-mailem.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane w formie:
 - Pisemnej, adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk
 - faksem, nr faksu: 58 302 17 82 lub 58 309 82 84
 - drogą elektroniczną, adres e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia nw. osoby: w sprawach formalnych St. specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura, Tel. 58 309 82 84.

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk

OFERTA NA
„Dostawę sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
06.06.2018 r., godz. 10:30

2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- 1) Osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
- 2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – Pełnomocnika.

3. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń.

- 1) Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” - załącznik nr 4 do SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty:
 - a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie);
 - b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;



- 2) Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 - 3) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
 - 4) Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty i załącznikach do oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
 - 5) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były trwale ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie i kolejno ponumerowane. Na formularzu „Oferta” winna być umieszczona informacja o ilości stron.
 - 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
 - 7) Każdy dokument i oświadczenie załączone do oferty muszą być czytelne.
 - 8) Dokumenty, inne niż pełnomocnictwa, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
 - 9) Oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów.
 - 10) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 - 11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich Pełnomocnika.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
- 1) Jeżeli według Wykonawcy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j. z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane; muszą one być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, a stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
 - 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej kopercie, z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i włożone do opakowania, o którym mowa w pkt. 1 tego rozdziału.
 - 3) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 - 4) W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).
5. Informacje pozostałe:
- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zmiana lub wycofanie oferty:
- 1) Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
 - 2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) Pismo winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczone dodatkowo, odpowiednio ZMIANA OFERTY/WYCOFANIE OFERTY,
 - 4) Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej pismo do reprezentowania Wykonawcy.



7. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia umieszczono nazwę własną produktu, to zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Pod pojęciem równoważny zamawiający wymaga aby substancja lecznicza oraz wskazania zastosowania były zgodne z kartą charakterystyki produktu leczniczego z nazwą własną umieszczoną w SIWZ.

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pok. nr 325) w terminie do dnia **06.06.2018 r. do godziny 10:00**.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (pok. nr 344) w dniu **06.06.2018 r. o godzinie 10:30**.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny

1. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, podając ją w złotych polskich (PLN), w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków określonych w SIWZ, jak i własnej wiedzy i doświadczenia.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert:
 - Cena: 60%;
 - Aparat/Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych: 20%
 - Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia: 20%
3. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie sumy punktów za poszczególne kryteria.
4. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „cena”:

najniższa cena z badanych ofert *100

$$K_1 = \frac{\text{cena oferty badanej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60\%$$

5. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Aparat/Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych”:
Wykonawca, który zadeklaruje dostawę urządzenia zastępczego na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych otrzyma 20 pkt. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca otrzyma 0 pkt. za powyższe kryterium.
6. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia”:



Wykonawca, który zadeklaruje dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia otrzyma 20 pkt. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca otrzyma 0 pkt. za powyższe kryterium.

7. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie sumy punktów za poszczególne kryteria.
9. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w ust. 1, jeżeli w niniejszym postępowaniu, w danym zadaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie, **załączniki nr 5** do SIWZ.

Rozdział 22. Inne informacje

1. Zamówienie dotyczy programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości i dostępności diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) w przypadku nie przyznania mu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zamówienia.
3. Nie przewiduje się:
 - 1) Zawarcia umowy ramowej,
 - 2) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
 - 3) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

Sporządził:

St. specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura

Załącznik Nr 1 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

Zadanie nr 1.1: Łóżko medyczne

Nazwa:	
Model, typ, nr katalogowy:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.	

	Opis parametrów technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości	Tak	
2.	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach)	Tak, podać	
3.	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych	Tak, podać	
4.	Wymiary zewnętrzne łóżka: – długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) – szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 990 mm (wymiar leża 870 x 2000 mm)	Tak, podać	
5.	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome	Tak, podać	
6.	Zasilanie elektryczne 220/230 V	Tak	
7.	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353	Tak	
8.	Elektryczne regulacje: – segment oparcia pleców 0-75° ($\pm 5^\circ$) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, – segment uda 0-50° ($\pm 5^\circ$), – kąt przechyłu Trendelenburga 0-20° ($\pm 2^\circ$), – kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° ($\pm 2^\circ$), – regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym	Tak, podać	
9.	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm)	Tak, podać	
10.	Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 27 sekund	Tak, podać	
11.	Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża oraz optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora	Tak	
12.	Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego	Tak	
13.	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta	Tak	
14.	Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi	Tak	
15.	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora	Tak	
16.	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm	Tak, podać	
17.	Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty łóżka wykonane z polipropylenu o grubości ścian min. 4mm w technologii Rotomulding z kolorową wklejką, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	Tak, podać	



Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”

18.	Barierka lakierowana proszkowo, wykonana z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, każda z barierki wyposażona w krążek odbojowy. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52	Tak	
19.	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka	Tak	
20.	Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne	Tak	
21.	W narożnikach leżą 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka	Tak	
22.	Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia	Tak	
23.	Podstawa łóżka jezdną wyposażoną w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową	Tak, podać	
24.	Bezpieczne obciążenie min. 250 kg	Tak, podać	
25.	Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża)	Tak	
26.	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary	Tak, podać	
27.	Elementy wyposażenia łóżek: – materac przedłużenia leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. – poduszka o wymiarach min 70 x 80cm, brzeg poduszki gładki, bez szwów, zamków. Poduszka nie wymagająca prania, łatwa w myciu/dezynfekcji przy użyciu preparatów myjących/dezynfekujących stosowanych do dezynfekcji powierzchni, bezpieczna pod względem epidemiologicznym, wodoodporna struktura zapewniająca barierę ochronną na działanie płynów i drobnoustrojów, wydzielin, maści, kurzu, roztoczy, włączając w to szczepy wielolekooporne tj. MRSA, C. difficile, CPE. – wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo – wieszak kroplówki lakierowany proszkowo – uchwyt uniwersalny urologiczny	Tak	
28.	– certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE – wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych – certyfikat ISO 9001: 2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami – certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych	Tak	
Warunki gwarancji i serwisu			
1.	Gwarancja 60 miesięcy	Podać	
2.	Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych	Tak/Nie	
3.	Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia	Tak/Nie	
4.	Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji	Tak	
5.	Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni	Tak	
6.	Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej	Tak	
7.	Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz.	Tak, podać	
8.	Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia	Tak	
9.	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu	Podać	
10.	Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3)	Podać	
11.	Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu	Tak	



12.	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego	Podać	
-----	---	-------	--

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondukcjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
- Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.
- Zobowiązujemy się dostarczyć przy dostawie protokół z badań, o których mowa w pkt. 7 tabeli.

....., dn. __ . __ . 2018 r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka/pieczętki



Zadanie nr 1.2: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Nazwa:	
Model, typ, nr katalogowy:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.	

	Opis parametrów technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS	Tak	
2.	Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blaty bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu	Tak	
3.	Wymiary zewnętrzne: – wysokość 900 mm (± 20mm) – szerokość 600 mm (± 20mm) – szerokość przy rozłożonym blacie 1150 mm (± 20mm) – głębokość 450 mm (± 20mm) – regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 750 do 1100 mm (± 20mm)	Tak, podać	
4.	Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV	Tak	
5.	Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz uchwyt na szklankę	Tak	
6.	Czoła dwóch szuflad wykonane z aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej	Tak	
7.	Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa	Tak	
8.	Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki	Tak, podać	
9.	Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną	Tak	
10.	Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką	Tak	
11.	4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą	Tak, podać	
12.	Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach	Tak	
13.	Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS	Tak	
14.	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary	Tak, podać	
15.	– certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami – certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych	Tak	
	Warunki gwarancji i serwisu		
1.	Gwarancja 60 miesięcy	Podać	
2.	Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych	Tak/Nie	
3.	Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia	Tak/Nie	
4.	Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji	Tak	



Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”

5.	Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni	Tak	
6.	Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej	Tak	
7.	Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz.	Tak, podać	
8.	Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia	Tak	
9.	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu	Podać	
10.	Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3)	Podać	
11.	Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu	Tak	
12.	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego	Podać	

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekonwencyjowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
- Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

nazwa	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT (%)	wartość VAT	wartość brutto
łóżko medyczne	szt.	20					
Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym	szt.	20					
razem							

....., dn. __ . __ . 2018 r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka/pieczętki



Zadanie nr 2.1: Kardiomonitor z modułem transportowym

Nazwa:	
Model, typ, nr katalogowy:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.	

	Opis parametrów technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Kardiomonitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć niezależny moduł w postaci przenoszony pomiędzy kardiomonitorami „kostki”, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora	Tak	
2.	Ekran LCD TFT o przekątnej min. 19" (obraz o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie	Tak	
3.	Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych	Tak	
4.	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50Hz	Tak	
5.	Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 8,5 kg	Tak	
6.	Niezależny moduł EKG/Resp (wbudowany w moduł transportowy) – Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG – Pomiar EKG – Jednoczesna prezentacja 6 diagnostycznych odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod – Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii – Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud./min – W komplecie kabel EKG 3-żyłowy	Tak	
7.	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd./min. Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. Licznik wykrytych bezdechu	Tak	
8.	Niezależny moduł saturacji (wbudowany w moduł transportowy) – Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo – Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i % SpO2 – Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2 – Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika – W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych	Tak	
9.	Niezależny moduł ciśnienia nieinwazyjnego (wbudowany w moduł transportowy) – Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną – Pomiar ręczny i automatyczny – Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. – Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów – Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej – Pomiar wartości pulsu z mankieta z prezentacją na ekranie – Pomiar rytmu serca: min. 30-240 ud./min. – W komplecie przewód interfejsowy i 3 rozmiary mankietów dla dorosłych	Tak	
10.	Niezależny moduł ciśnienia inwazyjnego (wbudowany w moduł transportowy) – Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 1 kanały pomiarowe – Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. od -40 do 320 mmHg – W komplecie kabel główny i przetwornik - 2 szt.	Tak	
11.	Niezależny moduł temperatury (wbudowany w moduł transportowy) – Jeden tor pomiarowy temperatury – Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika – W komplecie powierzchniowy czujnik temperatury	Tak	
12.	Moduł transportowy – z zasilaniem baterijnym, ekran minimum 5.5 cala	Tak	



Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”

	– obsługa poprzez ekran dotykowy – min. 8 krzywych na ekranie modułu transportowego – dostępny pomiar EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp – archiwum wszystkich trendów przez minimum 5 godzin z rozdzielczością poniżej 10 sekund – archiwum wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych – min. 5 godzin – kopiowanie całego archiwum trendów oraz wszystkich krzywych do kardiomonitora w którym dokowany jest moduł transportowy – zasilanie baterijne min. 3 godz. – niezależne ładowanie modułu transportowego poza kardiomonitor, w komplecie ładowarka – waga max. 1,5 kg		
13.	Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności	Tak	
14.	Możliwość podłączenia monitora ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku monitorowania ciśnienia ICP	Tak	
15.	Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych	Tak	
16.	Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive	Tak	
17.	Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim	Tak	
18.	Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora	Tak	
19.	Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal , data, godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, etc. oraz modułu do pomiaru gazów anastatycznych i modułu do pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca	Tak	
20.	Mocowanie kardiomonitora do kolumn medycznych	Tak	
	Warunki gwarancji i serwisu		
1.	Gwarancja 60 miesięcy	Podać	
2.	Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych	Tak/Nie	
3.	Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia	Tak/Nie	
4.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej	Tak	
5.	Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji	Tak	
6.	Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni	Tak	
7.	Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej	Tak	
8.	Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤ 48 godz.	Tak, podać	
9.	Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia	Tak	
10.	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu	Podać	
11.	Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3)	Podać	
12.	Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu	Tak	
13.	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego	Podać	



UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondukcjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
- Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

....., dn. __ . __ . 2018 r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczęć/pieczętki



Zadanie nr 2.2: Kardiomonitor

Nazwa:	
Model, typ, nr katalogowy:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.	

	Opis parametrów technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora	Tak	
2.	Ekran LCD TFT o przekątnej min. 19" (obraz o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie	Tak	
3.	Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych	Tak	
4.	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50Hz	Tak	
5.	Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 5,5 kg	Tak	
6.	Moduł EKG/ST/Arytm/Resp – Możliwość wybrania jednej z min. 5 prędkości dla fali EKG – Pomiar EKG – Jednoczesna prezentacja 6 diagnostycznych odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod – Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii – Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min – W komplecie kabel EKG 3-żyłowy	Tak	
7.	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. $\pm 1,0$ mV Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie	Tak	
8.	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. Licznik wykrytych bezdechu	Tak	
9.	Moduł saturacji – Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo – Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i % SpO2 – Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2 – Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika – W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych	Tak	
10.	Moduł ciśnienia nieinwazyjnego – Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną – Pomiar ręczny i automatyczny – Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min – Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów – Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej – Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie – Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min – W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów dla dorosłych.	Tak	
11.	Moduł ciśnienia inwazyjnego – Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 1 kanały pomiarowe – Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. od -40 do 320 mmHg – W komplecie kabel główny i przetwornik - 2 szt.	Tak	
12.	Moduł temperatury – Jeden tor pomiarowy temperatury. – Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika – W komplecie powierzchniowy czujnik temperatury	Tak	
13.	Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności.	Tak	

14.	Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych	Tak	
15.	Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive	Tak	
16.	Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim	Tak	
17.	Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal, data, godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, etc oraz modułu do pomiaru gazów anastatycznych	Tak	
18.	Mocowanie kardiomonitora do kolumn medycznych	Tak	
	Warunki gwarancji i serwisu		
1.	Gwarancja 60 miesięcy	Podać	
2.	Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych	Tak/Nie	
3.	Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia	Tak/Nie	
4.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej	Tak	
5.	Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji	Tak	
6.	Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni	Tak	
7.	Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej	Tak	
8.	Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz.	Tak, podać	
9.	Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia	Tak	
10.	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu	Podać	
11.	Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3)	Podać	
12.	Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu	Tak	
13.	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego	Podać	

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekonwencyjowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
- Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

....., dn. __ . __ . 2018 r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczęć/pieczętki



Zadanie nr 2.3: Centrala monitorująca

Nazwa:	
Model, typ, nr katalogowy:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.	

	Opis parametrów technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 4 monitory opisane w zadaniu nr 2.2 (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska)	Tak	
2.	plaski ekran kolorowy minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją ekranu, obsługa przez ekran dotykowy	Tak	
3.	ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego min. 3	Tak	
4.	ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego min. 3	Tak	
5.	możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego)	Tak	
6.	podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s	Tak	
7.	możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów	Tak	
8.	alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek	Tak	
9.	konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG)	Tak	
10.	wprowadzanie danych pacjenta (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym)	Tak	
11.	drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej	Tak	
12.	możliwość przeglądania pełnego archiwum danych tzw. "full disclosure" co najmniej z 96 godzin	Tak	
13.	zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 30 min.	Tak	
14.	Możliwość podłączenia do szpitalnego systemu informatycznego Zamawiającego	Tak	
	Warunki gwarancji i serwisu		
1.	Gwarancja 60 miesięcy	Podać	
2.	Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych	Tak/Nie	
3.	Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia	Tak/Nie	
4.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej	Tak	
5.	Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji	Tak	
6.	Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni	Tak	
7.	Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej	Tak	
8.	Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz.	Tak, podać	
9.	Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia	Tak	
10.	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu	Podać	
11.	Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3)	Podać	
12.	Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu	Tak	



13.	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego	Podać	
-----	---	-------	--

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondukcjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
- Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

nazwa	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT (%)	wartość VAT	wartość brutto
Kardiomonitor z modułem transportowym	szt.	2					
Kardiomonitor	szt.	6					
Centrala monitorująca	szt.	2					
razem							

....., dn. __ . __ . 2018 r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka/pieczętki



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



*Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”*


Załącznik Nr 2 do SIWZ

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

Zamieszczony na stronie <http://zozmswia.gda.pl>



Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ



Zamawiający
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk

OŚWIADCZENIE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku**”:

oświadczam (oświadczamy), że:

☐ **Przynależymy** do następującej grupy kapitałowej

Do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. z późn. zm.)

1)

2)

..)

☐ **Nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

....., dn. __ . __ . 2018 r.


.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka/pieczętki

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.).

grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę



Załącznik Nr 4 do SIWZ FORMULARZ „OFERTA”



Zamawiający
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”:

My niżej podpisani:

.....

działający w imieniu i na rzecz

.....

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

REGON:, NIP

Tel.:, Fax.:, e-mail:

Oferujemy cenę:

Zadanie nr 1:

nazwa	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT (%)	wartość VAT	wartość brutto
łóżko medyczne	szt.	20					
Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym	szt.	20					
razem							

Aparat/Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych (tak/nie):

Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia (tak/nie):

Zadanie nr 2:

nazwa	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT (%)	wartość VAT	wartość brutto
Kardiomonitor z modułem transportowym	szt.	2					
Kardiomonitor	szt.	6					
Centrala monitorująca	szt.	2					
razem							

Aparat/Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych (tak/nie):

Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia (tak/nie):

Zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 1 (parametry techniczne) do SIWZ.

Oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
- 2) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
- 3) Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do SIWZ; akceptujemy je i nie wnosimy zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 5) Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:
 - a),
 - b),
- 6) Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy.
- 7) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:
- 8) Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie w celu uczestniczenia w procesie zamówień publicznych realizowanych przez Zamawiającego i mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Oferta zawiera łącznie stron ponumerowanych.

Adres, na który Zamawiający powinien przysyłać ewentualną korespondencję:

.....

Osoba ze strony Wykonawcy odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy:

....., tel.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: (tak/nie)

....., dn. __ . __ . 2018 r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka/pieczętki



Załącznik Nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY

UMOWA DOSTAWY Nr .../28/2018/PN

Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.)

W dniu r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr 0000138308 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, NIP 583-25-80-921 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – lek. med. Grzegorza Suta

a firmą:

..... działającą zgodnie z wpisem do KRS pod nr, NIP zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wybrany dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku w drodze przetargu nieograniczonego sprzęt medyczny opisany szczegółowo w załączniku nr 1 oraz świadczyć kompleksowy serwis gwarancyjny dotyczący tego sprzętu.

§ 2

- Całkowita wartość umowy wynosi:
netto: zł (..... zł)
podatek VAT: zł (..... zł)
brutto: zł (..... zł)
- Podana wartość umowy obejmuje cenę towaru z opakowaniem oraz wszelkie koszty związane z dostawą oraz montażem urządzeń w siedzibie Zamawiającego, w szanym przez niego miejscu.

§ 3

- Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk.
- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 1 w terminie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 19.10.2018 r. Dokładna data dostawy po ustaleniu z Zamawiającym.
- W rozumieniu niniejszej umowy realizacja zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu, wyposażenia dodatkowego, dokumentacji technicznej udostępnianej przez producenta, kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim, montaż oraz przeprowadzenie niezbędnego, nieodpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie korzystania ze sprzętu a także dostarczenie wszelkich innych niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia.
- Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposażenia: pełne wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, osprzęt itp.)



5. Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim po jednym egzemplarzu do każdego samodzielnego elementu sprzętu.
6. Każdy element sprzętu oraz inne części tego wymagające muszą posiadać czytelny numer identyfikacyjny.

§ 4

1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności wierzyciel ma prawo do odsetek ustawowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) nie dokonywania sprzedaży (cesji) wierzytelności Zamawiającego bez jego wiedzy i pisemnej zgody,
 - b) negocjowania terminu zapłaty ewentualnych należności płatniczych Zamawiającego.

§ 5

1. Przedmiot umowy objęty jest 60 miesięczną gwarancją rozpoczynającą się z datą odbioru.
2. Gwarancja jest przedłużana automatycznie o czas naprawy.
3. Wszelkie koszty związane z odbiorem zgłoszonego sprzętu do naprawy, transportem do serwisu oraz ponownym dostarczeniem do Zamawiającego ponosi Wykonawca (dotyczy okresu obowiązywania gwarancji).
4. Szczegółowe warunki serwisu i gwarancji określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest w dniu następnym bezpłatnie dostarczyć sprzęt zastępczy o takich samych parametrach na czas trwania naprawy.
6. W przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego we wskazanym terminie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty według wyboru Zamawiającego:
 - 1) dodatkowej kary umownej w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia lub
 - 2) kosztów wynajmu sprzętu od innej firmy, poniesionych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
8. Ust. 5, 6 i 7 dotyczy zadania, w którym Wykonawca zadeklarował w złożonej ofercie dostarczenie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy powyżej 5 dni roboczych.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego pod względem jakości i ilości lub jeżeli Wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w §3 ust. 2 z uwzględnieniem §7 pkt 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 5% wartości określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki o każdorazowej zmianie adresu (siedziby) pod rygorem skutków prawnych doręczenia korespondencji na adres wskazany w umowie bądź wynikający z informacji Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.



5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia podstawy do naliczenia kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego za realizację umowy.

§ 8

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie umowy powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, niepokoju społecznych itd.)
2. Strona powołująca się na okoliczności działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż 7 dni od daty wystąpienia okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faksem i potwierdzenia listem poleconym.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.)
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego, mogą nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zaistnienia.

§ 10

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.)

§ 11

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji, a dopiero w przypadku ich nieskuteczności, poddać spór rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny w Gdańsku.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA