



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Gdańsku**
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6
NIP 583-25-80-921 REGON 190306013
Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58 302 17 82

Znak sprawy 34/2018/PN

Gdańsk, 8 czerwca 2018 r.

L. Dz. DZP 2375/107/2018

**Do wszystkich wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laparoskopowego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców:

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14 w pozycji nr 1 elastyczną siatkę separującą, składającą się z niewchłaniającej, makroporowatej siatki ze sprasowanego termicznie polipropylenu i silikonowej warstwy antyadhezyjnej, ze znacznikiem oznakowanym kolorowym markerem, ułatwiającym orientację podczas implantacji o rozmiarze 20x20cm ?
Odp. Tak.
2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14 w pozycji nr 2 elastyczną siatkę separującą, składającą się z niewchłaniającej, makroporowatej siatki ze sprasowanego termicznie polipropylenu i silikonowej warstwy antyadhezyjnej, ze znacznikiem oznakowanym kolorowym markerem, ułatwiającym orientację podczas implantacji o rozmiarze 20x30cm ?
Odp. Tak.
3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 1 siatkę o gramaturze 28 g/m² po wchłonięciu, pozostałe parametry bez zmian ?
Odp. Tak.
4. Zadanie nr 2 - pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara z ostrzem płaskim liniowym w kształcie litery V (umożliwiający płynne przejście przez tkanki, przy użyciu mniejszej siły) i wbudowaną redukcją 5-11 mm? Pozostałe wymagane parametry bez zmiany.
Odp. Tak.
5. Zadanie nr 2 - pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara z ostrzem płaskim liniowym w kształcie litery V (umożliwiający płynne przejście przez tkanki, przy użyciu mniejszej siły)? Pozostałe wymagane parametry bez zmiany.
Odp. Tak.
6. Zadanie nr 2 - pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara bezostrzowego z rowkowanym grotem w kształcie stożka (umożliwiający mniejsze uszkodzenie powięzi oraz zejście się tkanek po wycofaniu trokaru), z wbudowaną redukcją 5-15 mm? Pozostałe wymagane parametry bez zmian.
Odp. Tak.
7. Zadanie nr 9 - pozycja 1, 2, 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzi o długości 33cm? Pozostałe wymagane parametry bez zmiany.
Odp. Tak.
8. Zadanie nr 9 - pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka laparoskopowego do ekstrakcji narządów litych, rozmiar 19,05 cm x 22,86 cm, średnica 12 mm, pojemność 1500 ml?
Odp. Tak.

9. Zadanie nr 9 – pozycja 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka laparoskopowego do ekstrakcji narządów litych, rozmiar 8,5 cm x 15,5 cm, pakowany pojedynczo, pojemność 100 ml? Worki używane są obecnie przez Zamawiającego.
Odp. Tak.
10. Zadanie nr 14 – pozycja 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej składającej się z niewchłanialnego makroporowatego polipropylenu i PVDF (polifluorku winylidenu), najelitowej, przezroczystej ze znacznikiem ułatwiającym orientację podczas implantacji, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego? Powyższe siatki używane są obecnie przez Zamawiającego.
Odp. Tak.
11. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12: Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu 7-10 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w rozmiarze zgodnym z SIWZ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.
12. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13: Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu 7-10 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w rozmiarze zgodnym z SIWZ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.
13. Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana siatka przepuklinowa była makroporowata, ultralekka o gramaturze 28g/m², średnica porów 3-4mm oraz posiadająca cienkie filamenty poniżej 1 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Tak.
14. Dotyczy pełnomocnictwa. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.
Odp. Tak.
15. Zad nr 6. Czy Zamawiający rozumie przez podaną ilość szt. klipsów pojedyncze klipsy czy opakowania jednostkowe tzw. kartridż zawierający 6 szt. klipsów?
Odp. Opakowanie jednostkowe 6 szt.
16. Zad nr 7. Czy Zamawiający rozumie przez podaną ilość szt. klipsów pojedyncze klipsy czy opakowania jednostkowe tzw. kartridż zawierający 6 szt. klipsów?
Odp. Opakowanie jednostkowe 6 szt.

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Gdańsku
Lek. med. Grzegorz Sut