



Znak sprawy 35/2018/PN

Gdańsk, 22 czerwca 2018 r.

L. Dz. DZP 2375/118/2018

***Do wszystkich wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia***

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch stołów operacyjnych i stołu zabiegowego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców:

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny – 2 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołów operacyjnych z żeliwną podstawą osłoniętą obudową wykonaną z wysokoodpornego tworzywa ABS?  
**Odp.** Tak.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego, który w pozycji do zabiegu stoi na czterech elektrohydraulicznie wysuwanych stopkach w podstawie (centralna blokada) – funkcja sterowana z poziomu pilota? Oferowane rozwiązanie będzie tożsame z wymaganym, gdyż również stół stoi stabilnie na podłodze oraz nie opiera się na kołach podczas operacji.  
**Odp.** Tak.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z możliwością zapamiętania 1 pozycji stołu?  
**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza stołu z możliwością zapamiętania 1 pozycji stołu.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z pilotem, który wyposażony jest w duże i wypukłe przyciski z czytelnymi piktogramami umożliwiającymi wygodną regulację funkcji stołu w zaciemnionej sali operacyjnej, lecz bez podświetlenia oraz ekranu ciekłokrystalicznego, które ze względu na wyżej opisane cechy nie są konieczne?  
**Odp.** Tak.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z dodatkowym panelem sterującym umieszczonym w podstawie stołu z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem funkcji – panel zabezpieczony jest osłoną przez co nie ma możliwości jego przypadkowej aktywacji?  
**Odp.** Tak.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego o udźwigu w pozycji centralnej na poziomie  $\geq 350\text{kg}$ ?  
**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza stołu o ww. parametrach.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego o szerokości blatu bez szyn wynoszącej 550mm?  
**Odp.** Tak.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego o szerokości blatu z szynami wynoszącej 615mm?  
**Odp.** Tak.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu do powierzchni górnej bez materaca w zakresie od 650mm (opuszczony) do 1010mm (podniesiony)?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza stołu o ww. parametrach.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją płyty plecowej dolnej w zakresie od -35° do +70°

**Odp.** Tak.

Z poważaniem

Zca Dyrektora  
ds. administracyjno-ekonomicznych  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Gdańsku  
Mariusz Pikuła